

1. Povandeninio masažo vonia su perlinio masažo funkcija - 1 vnt.

Eil. Nr.	Kriterijaus pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Vonios paskirtis: viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna ir perliniam masažui	Būtina
2.	Vonios vidus pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Būtina
3.	Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams	Ne mažiau 3-jų lygių
4.	Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose	Būtina
5.	Galimos masažo rūšys:	
5.1.	Vandens masažas srove iš specialios žarnos	
5.1.1	Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje	Ne mažiau kaip 4,0 bar
5.1.2	Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje	Būtina
5.1.3	Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros	Būtina
5.1.4	Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius	Būtina
5.2	Perlinis masažas	
5.2.1	Perlinis masažas iš oro purkštukų	Nuo 200 iki 220 oro pūtimo skylių
5.2.2	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos	Būtina
5.2.3	Pastovus perlinio masažo režimas	Būtina
5.2.4	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą	Būtina
5.2.5	Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių	Būtina
6.	Integruotas vandens temperatūros indikatorius	Būtina
7.	Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis	Būtina
8.	Apsaugos sistema nuo siurblio darbo nesant vonioje vandens	Būtina
9.	Vonios maksimali talpa	Nuo 450 litrų iki 480 litrų
10.	Vonios naudinga talpa	Nuo 340 litrų iki 360 litrų
11.	Vonios išoriniai matmenys:	
11.1.	Ilgis	Nuo 2450 mm iki 2550 mm
11.2.	Plotis	Nuo 990 mm iki 1010 mm
11.3.	Aukštis	Nuo 1055 mm iki 1080 mm
12.	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti	Būtina
13.	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą	≥ 4 spalvų pasirinkimas
14.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	≥ 20 spalvų pasirinkimas
15.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Būtina
16.	Valdymas lietimui jautriam valdymo pultui	Būtina
17.	Elektrinis maitinimas	220V/50Hz elektros tinklas
18.	Komplektavimas:	
18.1	Dviejų pakopų neslidūs laipteliai su turėklais pasilaikymui, pagamintu iš nerūdijančio plieno	Būtina
18.2	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai	Būtina
18.3	Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui	Būtina
18.4	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms	Būtina
19.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Būtina, pateikti sertifikato kopiją
20.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms sudedamosioms dalims	Ne mažiau 24 mėn.
21.	Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai	Būtina

2. Balneologinė vonia - 2 vnt.

Eil. Nr.	Kriterijaus pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Vonios paskirtis: viso kūno perliniam masažui	Nurodyti modelį ir gamintoją
2.	Vonios vidus patogios anatominės formos, su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms	Būtina
3.	Rankenos paciento pasilaikymui vonios vidiniuose šonuose	Būtina
4.	Vidaus medžiaga – akrilas, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu, atsparus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Būtina
5.	Vonios maksimali talpa	Nuo 340 litrų iki 360 litrų
6.	Vonios naudinga talpa	Ne mažiau kaip 300 litrų
7.	Perlinis masažas:	
7.1	Perlinis masažas iš oro purkštukų	Nuo 170 iki 200 oro pūtimo skylių
7.2	Pastovus perlinio masažo režimas	Būtina
7.3	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos	Būtina
7.4	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą	Būtina
7.5	Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių	Būtina
7.6	Oro purkštukų prapūtimo ir džiovavimo funkcija	Būtina
8.	Privalo būti apsauga nuo vonios perpylimo	Būtina
9.	Integruotas temperatūros indikatorius, rodantis vonioje esančio vandens bei įtekančio vandens temperatūras	Būtina
10.	Integruotas procedūros laikmatis	Būtina
11.	Vonios valdymas – elektroninis lietimui jautriui valdymo pultui	Būtina
12.	Elektrinis maitinimas	220V/50Hz elektros tinklas
13.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Būtina
14.	Galimybė pasirinkti vonios spalvą	≥ 4 spalvų pasirinkimas
15.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	≥ 20 spalvų pasirinkimas
16.	Vonios išoriniai matmenys:	
16.1	Ilgis	Nuo 2150 mm iki 2170 mm
16.2	Plotis	Nuo 970 mm iki 1000 mm
16.3	Aukštis	Nuo 900 mm iki 920 mm
17.	Komplektavimas:	
16.1	Dviejų pakopų neslidūs laipteliai su turėklu pasilaikymui, pagaminti iš nerūdijančio plieno	Būtina
16.2	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai	Būtina
16.3	Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui, natūraliam mineraliniam vandeniui bei angliarūgšte prisotintam vandeniui	Būtina
16.4	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms	Būtina
18.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Būtina, pateikti sertifikato kopiją
19.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms sudedamosioms dalims	Ne mažiau 24 mėn.
20.	Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas pirkėjo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai	Būtina

3. Keturių kamerų vonia – 1 vnt.

Eil. Nr.	Kriterijaus pavadinimas	Reikalaujamos parametų reikšmės
1.	Vonios paskirtis: visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam masažui atlikti vienu metu:	Būtina
1.1	Masažo rūšys kojų kameroje:	
1.1.1	Sūkurinis masažas srove iš vandens purkštukų:	
1.1.1.1	Vandens purkštukai	Ne mažiau kaip 15 vandens purkštukų
1.1.1.2	Elektroninis intensyvumo reguliavimas	Būtina
1.1.1.3	Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis.	Būtina
1.1.2	Perlinis masažas:	
1.1.2.1	Oro pūtimo skylutės	Ne mažiau kaip 40 oro pūtimo skylučių
1.1.2.2	Perlinio masažo zonos	Ne mažiau kaip 3
1.1.2.3	Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis	Būtina
1.2	Masažo rūšys rankų kameroje:	
1.2.1	Perlinis masažas	
1.2.1.1	Oro pūtimo skylutės	Ne mažiau kaip 24 oro pūtimo skylutės
1.2.1.2	Masažo režimai – pastovus ir pulsuojantis	Būtina
2.	Dvi atskiros vonelės rankoms	Būtina
3.	Viena vonelė kojoms	Būtina
4.	Vidaus medžiaga tinkama darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu, atspari dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Būtina
5.	Purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos	Būtina
6.	Visos kameros privalo turėti išleidimo angas	Būtina
7.	Kojų kameros naudinga talpa	Nuo 40 litrų iki 50 litrų
8.	Rankų kamerų bendra naudinga talpa	Nuo 20 litrų iki 30 litrų
9.	Skaitmeninis temperatūros indikatorius	Būtina
10.	Elektroninis vonios valdymas lietimui jautriu valdymo pultu	Būtina
11.	Integruotas procedūros laikmatis	Būtina
12.	Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui	Būtina
13.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Būtina
14.	Galimybė pasirinkti vonios spalvą	≥ 4 spalvų pasirinkimas
15.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	≥ 20 spalvų pasirinkimas
16.	Vonios išoriniai matmenys:	
16.1	Ilgis	Nuo 930 mm iki 950 mm
16.2	Plotis	Nuo 1100 mm iki 1300 mm
16.3	Aukštis	Nuo 990 mm iki 1100 mm
17.	Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis	220V±10%, 50Hz el. tinklas
18.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Būtina, pateikti sertifikato kopiją
19.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms sudedamosioms dalims	Ne mažiau 24 mėn.
20.	Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas pirkejo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai	Būtina

4. Sūkurinė vonia kojoms - 1 vnt.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės
1.	Vonios paskirtis – kojų sūkuriniam masažui atlikti	Būtina
2.	Vidus pagamintas iš akrilo, tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms, išoriniai skydai – iš stiklo audinio (ar lygiaverčių medžiagų)	Būtina
3.	Masažo rūšys:	
3.1	Sūkurinis masažas:	Būtina
3.1.1	Vandens purkštukai	Ne mažiau 15 vandens purkštukų
3.1.2	Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose	Būtina
3.1.3	Pastovus ir pulsuojantis masažo režimai	Būtina
3.1.4	Galimybė reguliuoti masažo intensyvumą	Būtina
3.1.5	Vandens slėgio reguliavimas	nuo 0,5 bar iki 3,5 bar
3.1.6	Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose	Būtina
3.1.7	Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas	Būtina
4.	Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens	Būtina
5.	Vonios maksimali talpa	Nuo 95 litrų iki 105 litrų
6.	Vonios naudinga talpa	Nuo 85 litrų iki 95 litrų
7.	Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros vertes	Būtina
8.	Elektroninis vonios valdymas lietimui jautrių valdymo pultu	Būtina
9.	Integruotas procedūros laikmatis	Būtina
10.	Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui	Būtina
11.	Vonios išoriniai matmenys:	
11.1	Ilgis	Nuo 910 mm iki 930 mm
11.2	Plotis	Nuo 910 mm iki 930 mm
11.3	Aukštis	Nuo 590 mm iki 620 mm
12.	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti	Būtina
13.	Galimybė pasirinkti vonios spalvą	≥ 4 spalvų pasirinkimas
14.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	≥ 20 spalvų pasirinkimas
15.	Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui	Būtina
16.	Įrangos maitinimui naudojamas (tinkamas) elektros energijos šaltinis	220V±10%, 50Hz el. tinklas
17.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Būtina, pateikti sertifikato kopiją
18.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis voniai ir visoms sudedamosioms dalims	Ne mažiau 24 mėn.
19.	Vonios pristatymo, montavimo darbai ir personalo apmokymas pirkejo nurodytu adresu Maironio 22, LT-66166 Druskininkai	Būtina

Pastabas ir pasiūlymus galite teikti iki 2017 m. kovo 20 d. 17.00

Kontaktiniai asmenys: Aušra Bagdonavičienė, ausra@centrasdainava.lt, 8 313 59 101

Ana Krivenokienė, ana@centrasdainava.lt, 8 313 59101